

Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۶/۱۴:

سری ساخت : ۵۰۸۶۶۳

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein -CLIA  
عنوان دستگاه : Cobas E411

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۷	۶.۲	۶۹.۸	۷۶	۸۲.۲	۸۸.۴	۹۴.۶	۱۰۰.۸	۱۰۷

مقدار	تاریخ
۸۸.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۹۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۹۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۷۸.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۸۲.۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۸۱.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۱.۷۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۸۰.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۸۱.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۸۱.۷۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

CV%: 7.677	SD: 6.509	Mean: 84.788
------------	-----------	--------------

