

Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۶/۱۴:

سری ساخت : ۵۰۸۶۶۳

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein -CLIA
عنوان دستگاه : Cobas E411

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۱۲۵	۶.۱۲۷	۶۷.۶۳۴	۷۳.۷۵۱	۷۹.۸۷۸	۸۶.۰۰۵	۹۲.۱۳۲	۹۸.۲۵۹	۱۰۴.۳۸۶

مقدار	تاریخ
۸۶.۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۳۷
۹۷.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۳.۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۸۳.۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۸۵.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۸۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۴

CV%: 5.951	SD: 5.236	Mean: 87.982
------------	-----------	--------------

