

TUMOR MAEKER - : عنوان کنترل :
HIGH

شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۸/۲۷:

سری ساخت : ۴۰۵۸۴۳

Alpha Fetoprotein - : عنوان آزمایش :
CLIA

elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷.۴۳۹	۷.۲۲۷	۷۵.۴۶۹	۸۲.۶۹۶	۸۹.۹۲۳	۹۷.۱۵	۱۰۴.۳۷۷	۱۱۱.۶۰۴	۱۱۸.۸۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۳.۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۹۹.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۸۲.۳۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۹۳.۷۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۹۵.۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۹۷.۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۱.۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۰۱.۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۹۹.۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۰۳.۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۸۶.۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۰۴.۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۸۹.۶۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۹۹.۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۰۰.۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۸۶.۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۸۷.۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۹۱.۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۸۲.۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۹۳.۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۹۵.۸۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۸۳.۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۹۰.۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲

CV%: 7.404	SD: 6.973	Mean: 94.176
------------	-----------	--------------

