

TUMOR MAEKER - : عنوان کنترل :
HIGH

شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۸/۲۷:

سری ساخت : ۴۰۵۸۴۳

Alpha Fetoprotein - : عنوان آزمایش :
CLIA

elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷.۸۴۲	۶.۷۷۴	۶۶.۰۵۹	۷۲.۸۳۳	۸۶.۲۸۱	۹۳.۱۵۵	۹۹.۹۲۹	۱۰۶.۷۰۳

مقدار	تاریخ
۸۶.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۹۳.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۹۹.۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۹۶.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۸

CV%: 5.839	SD: 5.498	Mean: 94.15
------------	-----------	-------------

