

عنوان کنترل : randox III  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۹/۰۱:

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein  
عنوان دستگاه : simense  
سری ساخت : MSVV۰۳

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۷۶۳	۶.۸۲	۸۰.۳۷۳	۸۷.۱۹۳	۹۴.۰۱۳	۱۰۰.۸۳۳	۱۰۷.۶۵۳	۱۱۴.۴۷۳	۱۲۱.۲۹۳

مقدار	تاریخ
۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۹۴.۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸

CV%: 8.292	SD: 8.346	Mean: 100.642
------------	-----------	---------------

