

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : randox II
سری ساخت : ۸۱۵۳
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

%CV	SD	SD۲-	SD۳-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۳
۱۲	۳.۴	۴۰.۹	۴۴.۳	۴۷.۷	۵۱.۱	۵۴.۵	۵۷.۹	۶۱.۳

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۵۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰

CV%: 7.931	SD: 4.092	Mean: 51.591
------------	-----------	--------------

