

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : randox II
سری ساخت : ۸۱۵۳
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲	۳.۴	۴۰.۹	۴۴.۳	۴۷.۷	۵۱.۱	۵۴.۵	۵۷.۹	۶۱.۳

مقدار	تاریخ
۵۵.۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۵۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴

CV%: 8.418	SD: 4.471	Mean: 53.112
------------	-----------	--------------

