

Biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۱/۰۴:

سری ساخت : ۴۰۳۸۳/

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein -CLIA  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۱۹۹	۱۴.۸۶۱	۱۳۶.۶۸	۱۵۱.۵۴۱	۱۶۶.۴۰۲	۱۸۱.۲۶۳	۱۹۶.۱۲۴	۲۱۰.۹۸۵	۲۲۵.۸۴۶

مقدار	تاریخ
۱۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۱۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۱۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۱۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸

CV%: 4.965	SD: 8.692	Mean: 175.059
------------	-----------	---------------

