

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۱۲/۰۸:

MSA۱۵۲ : سری ساخت :

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۶۱۱	۰.۶۴۷	۹.۵۹۶	۱۰.۲۴۳	۱۰.۸۹	۱۱.۵۳۷	۱۲.۱۸۴	۱۲.۸۳۱	۱۳.۴۷۸

مقدار	تاریخ
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴

CV%: 2.462	SD: 0.268	Mean: 10.9
------------	-----------	------------

