

TUMOR MAEKER - HIGH : عنوان کنترل

شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۸/۲۷:

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش

electsys : عنوان دستگاه

سری ساخت : ۴۰۵۸۴۳

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۹۵۵	۵.۹۹۱	۶۸.۱۶۶	۷۴.۱۵۷	۸۰.۱۴۸	۸۶.۱۳۹	۹۲.۱۳	۹۸.۱۲۱	۱۰۴.۱۱۲

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۷۷.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶

مقدار	تاریخ
۸۶.۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۸۸.۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۸۸.۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۹۰.۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۸۴.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸

CV%: 6.766	SD: 5.977	Mean: 88.337
------------	-----------	--------------

