

TUMOR MAEKER - HIGH : عنوان کنترل :

شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۸/۲۷:

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :

elecsys : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۴۰۵۸۴۳

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۶۳۶	۶.۷۱	۶۷.۷۳۹	۷۴.۴۴۹	۸۱.۱۵۹	۸۷.۸۶۹	۹۴.۵۷۹	۱۰۱.۲۸۹	۱۰۷.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

CV%: 12.46	SD: 10.616	Mean: 85.2
------------	------------	------------

