

راندوکس III : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۰۱:

MSVV۰۲ : سری ساخت

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲	۷.۰۳۳	۸۴.۸۰۱	۹۱.۸۳۴	۹۸.۸۶۷	۱۰۵.۹	۱۱۲.۹۳۳	۱۱۹.۹۶۶	۱۲۶.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۹۹.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۴

CV%: 5.795	SD: 5.85	Mean: 100.961
------------	----------	---------------

