

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein  
عنوان دستگاه : simense  
عنوان کنترل : randox II  
سری ساخت : ۸۱۵۳  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

| %CV  | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۲۵ | ۲.۷۸۷ | ۴۰.۸۶۶            | ۴۴.۶۵۳            | ۴۸.۴۴             | ۵۲.۲۳۷ | ۵۶.۰۱۴          | ۵۹.۸۰۱          | ۶۳.۵۸۸          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۵۸    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
| ۵۶    | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۵۳    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
| ۴۹    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
| ۴۷.۹  | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
| ۵۲.۱  | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
| ۵۲.۲  | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۵۷    | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
| ۶۱    | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
| ۴۳    | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
| ۵۳    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
| ۵۵    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 9.558 | SD: 5.067 | Mean: 53.017 |
|------------|-----------|--------------|

