

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

سری ساخت: MS۸۱۵۲

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۵۲۴	۰,۶۳	۹,۵۱	۱۰,۱۴	۱۰,۷۷	۱۱,۴	۱۲,۰۳	۱۲,۶۶	۱۳,۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۱,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۰,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۱,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۱,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۰,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۱,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶

CV%: 4.149	SD: 0.456	Mean: 11
------------	-----------	----------

