

maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

سری ساخت: MS۸۱۵۲

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۹	۰,۵	۹,۶۳۳	۱۰,۱۳۳	۱۰,۶۳۳	۱۱,۱۳۳	۱۱,۶۳۳	۱۲,۱۳۳	۱۲,۶۳۳

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۱,۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱۱,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۱,۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۱,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱۱,۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰,۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۰,۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۱,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۱,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱

CV%: 4.555	SD: 0.505	Mean: 11.089
------------	-----------	--------------

