

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۸۱۵۳
عنوان کنترل : randox II
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۰.۱۱۴	۵.۱۵۳	۳۵.۴۹۴	۴۰.۶۴۷	۴۵.۸	۵۰.۹۵۳	۵۶.۱۰۶	۶۱.۲۵۹	۶۶.۴۱۲

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۴۷.۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱

CV%: 10.845	SD: 5.479	Mean: 50.52
-------------	-----------	-------------

