

عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : randox II
سری ساخت : ۸۱۵۳
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۱.۰۴۵	۵.۹۹۳	۳۶.۲۸۱	۴۲.۲۷۴	۴۸.۲۶۷	۵۴.۲۶	۶۰.۲۵۳	۶۶.۲۴۶	۷۲.۲۳۹

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۱.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۵۱.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۵۶.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۹.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۴۹.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸

مقدار	تاریخ
۵۸.۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۵۳.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۵۴.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۵۳.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۴۹.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۹.۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۵۱.۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸

CV%: 8.841	SD: 4.864	Mean: 55.015
------------	-----------	--------------

