

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

سری ساخت: MS۸۱۵۲

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۶۶	۰,۶۵۳	۹,۵۸۲	۱۰,۲۳۵	۱۰,۸۸۸	۱۱,۵۴۱	۱۲,۱۹۴	۱۲,۸۴۷	۱۳,۵

مقدار	تاریخ
۱۰,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۱۱,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۱,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۱,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۰,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۲,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۱,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۰,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۰,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۱,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶

CV%: 5.295	SD: 0.593	Mean: 11.2
------------	-----------	------------

