

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Biorad II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : Alpha Fetoprotein
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۵: شروع کنترل : سری ساخت : ۴۰۳۸۲ : عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۱۷۵	۳.۱۵	۶۶	۶۹.۱۵	۷۲.۳	۷۵.۴۵	۷۸.۶	۸۱.۷۵	۸۴.۹

مقدار	تاریخ
۷۱.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۷۳.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۸۰.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۸۱.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۷۸.۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۰.۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۷۲.۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۷۸.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۷۲.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۲.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۶۹.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۷۲.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۷۶.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۶۹.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۷۳.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 4.618	SD: 3.438	Mean: 74.455
------------	-----------	--------------