

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲

Alpha Fetoprotein -CLIA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۴۴۳	۳.۳۳۳	۶۴.۸۱۸	۶۸.۱۴۱	۷۴.۷۸۷	۷۸.۱۱	۸۱.۴۳۳	۸۴.۷۵۶

مقدار	تاریخ
۷۷.۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۷۶.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۷۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۷۸.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۷۷.۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۷۷.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۷۶.۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۵.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۷۶.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۷۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۷۴.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۸۱.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۸۰.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۷۷.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۷۸.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۲.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۷۶.۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۷۵.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۷۸.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۷۳.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۷۵.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 3.281	SD: 2.512	Mean: 76.568
------------	-----------	--------------