

Biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

سری ساخت : ۴۰۳۷۳

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵.۸۳۲	۹.۸۷۱	۱۳۹.۶۵۴	۱۴۹.۵۲۵	۱۵۹.۳۹۶	۱۶۹.۲۶۷	۱۷۹.۱۳۸	۱۸۹.۰۰۹	۱۹۸.۸۸

مقدار	تاریخ
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 5.506	SD: 9.083	Mean: 164.957
------------	-----------	---------------

