

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۳۷۳

Alpha Fetoprotein : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۴۰۷	۸.۸۶۹	۱۳۷.۴۲۶	۱۴۶.۲۹۵	۱۶۴.۰۳۳	۱۷۲.۹۰۲	۱۸۱.۷۷۱	۱۹۰.۶۴

مقدار	تاریخ
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 3.399	SD: 5.566	Mean: 163.769
------------	-----------	---------------