

عنوان کنترل : biorad II
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۰/۰۴:

سری ساخت : ۴۰۳۶۲-

عنوان آزمایش : Androstenedione
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۹۳۶	۰.۳۶	۱.۹۴	۲.۳	۲.۶۶	۳.۰۲	۳.۳۸	۳.۷۴	۴.۱

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۳.۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۳.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲.۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳.۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۸

CV%: 10.629	SD: 0.337	Mean: 3.17
-------------	-----------	------------

