

عنوان کنترل : DBC-HIGH  
شروع کنترل  
۱۳۹۸/۱۲/۰۵:

سری ساخت : -/۱۸۲۷۵۰

عنوان آزمایش : Androstenedione  
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۷	۰.۱۶	۱.۴۵	۱.۶۱	۱.۷۷	۱.۹۳	۲.۰۹	۲.۲۵	۲.۴۱

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۲.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱.۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷

مقدار	تاریخ
۱.۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۲.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱.۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱.۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۸

CV%: 6.179	SD: 0.119	Mean: 1.927
------------	-----------	-------------

