

عنوان آزمایش : Androstenedione  
عنوان دستگاه : الیزاریدر  
سری ساخت : -/KI08050  
عنوان کنترل : low  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۷	۰.۰۶۲	۰.۴۳۴	۰.۴۹۶	۰.۵۵۸	۰.۶۲	۰.۶۸۲	۰.۷۴۴	۰.۸۰۶

مقدار		تاریخ		
۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰.۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	
CV%: 12.856		SD: 0.071		Mean: 0.55

