

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل :  
۱۴۰۱/۰۲/۰۷:

عنوان آزمایش : Androstenedione  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر  
سری ساخت : ۸۲

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۴.۶۹۶	۰.۲۱۱	۰.۸	۱.۰۱۱	۱.۲۲۲	۱.۴۳۳	۱.۶۴۴	۱.۸۵۵	۲.۰۶۶

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۰.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱.۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲

CV%: 13.916	SD: 0.181	Mean: 1.3
-------------	-----------	-----------

