

عنوان آزمایش : Androstenedione
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل : سری ساخت : ۸۲
کنترل داخل کیت : شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷:

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰	۰.۲۱۳	۱.۰۵۱	۱.۲۶۴	۱.۴۷۷	۱.۶۹	۱.۹۰۳	۲.۱۱۶	۲.۳۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷

CV%: 12.143	SD: 0.176	Mean: 1.45
-------------	-----------	------------

