

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل :  
۱۴۰۱/۰۲/۰۷:

عنوان آزمایش : Androstenedione  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سری ساخت : ۸۲

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۴.۷۷۱	۰.۲۳	۰.۸۶۸	۱.۰۹۸	۱.۳۲۸	۱.۵۵۸	۱.۷۸۸	۲.۰۱۸	۲.۲۴۸

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱.۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱.۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱.۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲.۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱.۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۱.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶

CV%: 16.46	SD: 0.269	Mean: 1.636
------------	-----------	-------------

