

Premium Plus II : عنوان کنترل : شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
 Androstenedione : عنوان آزمایش : عنوان دستگاه :
 سری ساخت: EC۲۱۰۷ simense

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۳۷۵	۰,۶۴۱	۳,۲۵۸	۳,۸۹۹	۴,۵۴	۵,۱۸۱	۵,۸۲۲	۶,۴۶۳	۷,۱۰۴

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۵,۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۵,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۵,۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۵,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۵,۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵,۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵,۷۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۵,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

CV%: 6.653	SD: 0.364	Mean: 5.475
------------	-----------	-------------

