

Premium Plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

Androstenedione : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت: EC۲۱۰۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۲۱	۰,۵۴۳	۳,۶۸۷	۴,۲۳	۴,۷۷۳	۵,۳۱۶	۵,۸۵۹	۶,۴۰۲	۶,۹۴۵

مقدار	تاریخ
۵,۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۵,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۵,۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵,۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۵,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۵,۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵,۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹

CV%: 3.026	SD: 0.162	Mean: 5.37
------------	-----------	------------

