

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۲/۰۷:

عنوان آزمایش : Androstenedione
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۸۲

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۱۴.۴۹۲	۰.۲۱	۰.۸۱۷	۱.۰۲۷	۱.۲۳۷	۱.۴۴۷	۱.۶۵۷	۱.۸۶۷	۲.۰۷۷

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۱.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۱.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۱.۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱.۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱.۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۱.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۱.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱.۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴

CV%: 13.696	SD: 0.198	Mean: 1.447
-------------	-----------	-------------

