

Premium Plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

سری ساخت: EC۲۱۰۷

Androstenedione : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۷,۸	۰,۴۲	۳,۷۶	۴,۱۸	۴,۶	۵,۰۲	۵,۴۴	۵,۸۶	۶,۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵,۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۵,۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۶,۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵,۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴,۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۴,۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۵,۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۵,۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۴,۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵,۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶

CV%: 12.375	SD: 0.641	Mean: 5.181
-------------	-----------	-------------

