

عنوان آزمایش : Androstenedione  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سری ساخت : ANDR-5151B  
عنوان کنترل : عنوان کنترل  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱  
کنترل داخل کیت

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹.۵	۰.۱۹۷	۰.۹۴۹	۱.۱۴۶	۱.۳۴۳	۱.۵۴	۱.۷۳۷	۱.۹۳۴	۲.۱۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲

مقدار	تاریخ
۱.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱.۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱.۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱.۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱.۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱.۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

CV%: 5.411	SD: 0.079	Mean: 1.463
------------	-----------	-------------

