

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل مثبت

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

Anti Cardiolipin  
(Ab/IgG)

الایزایدر

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۱۸۲۴۱

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰.۸۰۴	۶.۰۶۹	۳۷.۹۷۳	۴۴.۰۴۲	۵۰.۱۱۱	۵۶.۱۸	۶۲.۲۴۹	۶۸.۳۱۸	۷۴.۲۸۷

مقدار	تاریخ
۷۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۵۹.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۶۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۴۵.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۵۹.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴۹.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۶۰.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۵۹.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹

CV%: 14.943	SD: 8.748	Mean: 58.545
-------------	-----------	--------------

