

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل مثبت

Anti Cardiolipin
(Ab(IgM

عنوان آزمایش :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۱۸۲۴۰/

الیزایدر

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۸۲۸	۷.۳۱۶	۲۵.۰۸۵	۴۲.۴۰۱	۴۹.۷۱۷	۵۷.۰۳۳	۶۴.۳۴۹	۷۱.۶۶۵	۷۸.۹۸۱

مقدار	تاریخ
۵۶.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۷۰.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۶۶.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۷.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۶۳.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۵۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۶۲.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۵۸.۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۴۹.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۵۶.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹

CV%: 11.7	SD: 7.088	Mean: 60.582
-----------	-----------	--------------

