

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل مثبت

Anti Cardiolipin
(Ab(IgM

عنوان آزمایش :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۱۸۲۴۰/

الیزایدر

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۱۳.۷۹۷	۶.۸۳۳	۲۹.۰۳۴	۳۵.۸۵۶	۴۳.۶۸۸	۴۹.۵۳	۵۶.۳۵۳	۶۳.۱۸۴	۷۰.۰۱۶

مقدار	تاریخ
۶۲.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷

مقدار	تاریخ
۵۳.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۵۲.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۵۷.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۶۸.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۴۲.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۷.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۵۹.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۵۵.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۴۵.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۶۴.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 13.135	SD: 7.393	Mean: 56.283
-------------	-----------	--------------

