

## Internal Control

تاریخ :	پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰	آزمایش ۱ :	(Anti Centromer Ab(IgG
کیت :	EUROIMMUN	کنترل :	کنترل داخل کیت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	
سری ساخت :	E210203AE	سری ساخت :	
تاریخ انقضاء :	/۲/۲۰۲۲	تاریخ انقضاء :	
CV مجاز :	۳.۴	مرجع CV مجاز :	
حد بالا :	۱۴۸	حد پایین :	۸۰

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۵/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۱.۱	OK	
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۷.۷	OK	تاریخ ۵.۱۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۰.۰	OK	

CV : 1.451