

Internal Control

تاریخ :	پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰	آزمایش ۱ :	(Anti Centromer Ab(IgG
کیت :	EUROIMMUN	کنترل :	کنترل داخل کیت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	
سری ساخت :	E210203AE	سری ساخت :	
تاریخ انقضاء :	۲/۲۰۲۲	تاریخ انقضاء :	
CV مجاز :	۳.۴	مرجع CV مجاز :	
حد بالا :	۱۳۶.۶۶۷	حد پایین :	۹۱.۳۳۳

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۹/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۲.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۸/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۸/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۸.۰	OK	تاریخ ۱۴۰۰.۸.۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۸.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۵/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۷.۷	OK	تاریخ ۵.۱۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۲.۰	OK	

CV : 3.318