

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (Anti Gliadin Ab(IgA
 عنوان دستگاه : الیزابدر
 عنوان کنترل : عنوان کنترل :
 شروع کنترل : سری ساخت : ۱۷۲۹۵
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۸:

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۱۲.۲۸۲	۶.۲۱۱	۳۱.۹۴	۳۸.۱۵۱	۴۴.۳۶۲	۵۰.۵۷۳	۵۶.۷۸۴	۶۲.۹۹۵	۶۹.۲۰۶

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶

مقدار	تاریخ
۵۴.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۴۱.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۹.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۵۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹

CV%: 12.012	SD: 5.718	Mean: 47.6
-------------	-----------	------------

