

عنوان آزمایش : Anti Phospholipid Ab (IgG)(Screening)

عنوان کنترل : con pos

عنوان دستگاه : الایزا ریڈر

سری ساخت : 20409

شروع کنترل : 1400/01/23

| 3SD    | 2SD    | 1SD    | MEAN | -1SD   | -2SD   | -3SD   | SD    | CV%   |
|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 67.126 | 62.384 | 57.642 | 52.9 | 48.158 | 43.416 | 38.674 | 4.742 | 8.965 |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 26/04/1400 | 48    |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 19/04/1400 | 57    |
| 21/04/1400 | 54    |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 07/04/1400 | 46    |
| 12/04/1400 | 48.5  |

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| Mean: 50.7 | SD: 4.604 | CV%: 9.082 |
|------------|-----------|------------|

