

Internal Control

Anti Phospholipid Ab ((IgG)(Screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۱ فروردین ۲۰	تاریخ : شنبه
کنترل داخل کیت	: کنترل	Generic assay	کیت :
	: شرکت سازنده	Generic assay	شرکت سازنده :
۱/۲۱۴۰۵۰۰۲	: سری ساخت	۱/۲۱۴۰۵۰۰۲	سری ساخت :
	: تاریخ انقضاء		تاریخ انقضاء :
	: مرجع CV مجاز	۶.۸	CV مجاز :
۴۱.۶۶۷	: حد پایین	۶۸.۳۳۳	حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۱/۰۲/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۲	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۷	OK	۱۴۰۱.۲.۵
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۲۴
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۲۲
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۸.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۲۰

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۱۷

CV : 5.321