

Internal Control

Anti Phospholipid Ab ((IgG)(Screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۱ فروردین ۲۰	تاریخ : شنبه
کنترل داخل کیت	: کنترل	Generic assay	کیت :
	: شرکت سازنده	Generic assay	شرکت سازنده :
۱/۲۱۴۰۵۰۰۲	: سری ساخت	۱/۲۱۴۰۵۰۰۲	سری ساخت :
	: تاریخ انقضاء		تاریخ انقضاء :
	: مرجع CV مجاز	۶.۸	CV مجاز :
۴۱.۶۶۷	: حد پایین	۶۸.۳۳۳	حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۴/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۹.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۴	OK	
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۸.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۷.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۴.۰	OK	۳.۱۶
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۷.۰	OK	۳.۱۱
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۴.۰	OK	۳.۹
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۰	OK	۳.۷
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۳.۰	OK	۳.۴

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۳.۰	OK	۳.۲
۱۴۰۱/۰۲/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۲	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۷	OK	۱۴۰۱.۲.۵
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۲۴
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۲۲
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۲۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۱۷

CV : 6.484