

con pos : عنوان کنترل :

عنوان آزمایش : Anti Phospholipid Ab

((IgG)(Screening

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۳۰:

سری ساخت : ۲۱۲۵۰

الایزا ریدر

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸	۶.۶۶۷	۲۹.۹۹۹	۳۶.۶۶۶	۴۳.۳۳۳	۵۰	۵۶.۶۶۷	۶۳.۳۳۴	۷۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۴۶.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵

CV%: 8.719	SD: 4.668	Mean: 53.542
------------	-----------	--------------

