

con pos : عنوان کنترل :

Anti Phospholipid Ab : عنوان آزمایش :
(IgG)(Screening

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۳۰:

سری ساخت : ۲۱۲۵۰

الایزا ریدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸	۶.۶۶۷	۲۹.۹۹۹	۳۶.۶۶۶	۴۳.۳۳۳	۵۰	۵۶.۶۶۷	۶۳.۳۳۴	۷۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۴۸.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۴۶.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹

CV%: 8.441	SD: 4.458	Mean: 52.813
------------	-----------	--------------

