

## Low Frequency

Anti Phospholipid Ab (IgG)(Screening)	: آزمایش ۱	۱۳۹۹ آبان ۲	تاریخ : شنبه
کنترل داخل کیت	: کنترل	AESKU	کیت :
AESKU	: شرکت سازنده	AESKU	شرکت سازنده :
۲۰۱۶۹	: سری ساخت	۲۰۱۶۹	سری ساخت :
۳۰/۰۵/۲۰۲۲	: تاریخ انقضاء	۳۰/۰۵/۲۰۲۲	تاریخ انقضاء :
بروشور	: مرجع CV مجاز	۵.۸	CV مجاز :
۳۶.۶۶۷	: حد پایین	۶۳.۳۳۳	حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۹/۱۰/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۸.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۶.۷	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۲.۳	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۲.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۵	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۰.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۶	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۲.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۸.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۸.۰	OK	

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۷.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۳.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۳.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۱۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۳.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۸.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۵۵.۰	OK	

CV : 5.624