

عنوان کنترل : CON Pos

عنوان آزمایش : Anti Phospholipid Ab ((IgM)(screening

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳:

سری ساخت : ۲۰۴۰۹

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸	۴.۴۴۵	۳۶.۶۶۶	۴۱.۱۱۱	۴۵.۵۵۵	۵۰	۵۴.۴۴۵	۵۸.۸۸۹	۶۳.۳۳۴

مقدار	تاریخ
۴۹.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۴

CV%: 8.711	SD: 4.703	Mean: 53.988
------------	-----------	--------------

