

عنوان آزمایش : Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)

عنوان کنترل : CON Pos

عنوان دستگاه : الایزا ریڈر

سری ساخت : 20409

شروع کنترل : 1400/01/23

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
66.559	62.226	57.893	53.56	49.227	44.894	40.561	4.333	8.09

تاریخ	مقدار
26/04/1400	53.4

تاریخ	مقدار
19/04/1400	54
21/04/1400	55

تاریخ	مقدار
07/04/1400	56
12/04/1400	54

Mean: 54.48	SD: 1.026	CV%: 1.883
-------------	-----------	------------

