

Internal Control

Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۰ مرداد ۲۳	: تاریخ
کنترل داخل کیت	: کنترل	Generic assay	: کیت
Generic assay	: شرکت سازنده		: شرکت سازنده
۱/۲۰۴۰۵۰۰۳	: سری ساخت	۱/۲۰۴۰۵۰۰۳	: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء	/۱۱/۲۰۲۱	: تاریخ انقضاء
	: مرجع CV مجاز	۱۲.۷	: CV مجاز
۴۸.۳۳۳	: حد پایین	۸۱.۶۶۷	: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۲	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۷	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	برای تاریخ ۶.۲۲
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۶	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۲	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۹.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۳۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۳.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۲۵
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۲۳

CV : 4.991