

Internal Control

Anti Phospholipid Ab ((IgM)(screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۰ مرداد ۲۳	شنبه	تاریخ:
کنترل داخل کیت	: کنترل	Generic assay		کیت:
Generic assay	: شرکت سازنده			شرکت سازنده:
۱/۲۰۴۰۵۰۰۳	: سری ساخت	۱/۲۰۴۰۵۰۰۳		سری ساخت:
	: تاریخ انقضاء	/۱۱/۲۰۲۱		تاریخ انقضاء:
	: مرجع CV مجاز	۱۲.۷		CV مجاز:
۴۸.۳۳۳	: حد پایین	۸۱.۶۶۷		حد بالا:

توضیحات:

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۸/۰۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۸/۰۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	برای ۱۴۰۰.۸.۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۸.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۲	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۷	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۴.۰	OK	برای تاریخ ۶.۲۲
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۰.۰	OK	

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۶	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۲	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۹.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۳۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۳.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۲۵
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	برای تاریخ ۱۴۰۰.۵.۲۳

CV : 4.829