

## Internal Control

Anti Phospholipid Ab ((IgM)(screening)	: آزمایش ۱	۱۴۰۱ فروردین ۲۰	تاریخ : شنبه
کنترل داخل کیت	: کنترل	Generic assay	کیت :
	: شرکت سازنده	Generic assay	شرکت سازنده :
۱/۲۱۴۰۵۰۰۲	: سری ساخت	۱/۲۱۴۰۵۰۰۲	سری ساخت :
	: تاریخ انقضاء		تاریخ انقضاء :
	: مرجع CV مجاز	۱۲.۷	CV مجاز :
۴۱.۶۶۷	: حد پایین	۶۸.۳۳۳	حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۱/۰۲/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۸.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۱.۵	OK	۱۴۰۱.۲.۵
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۸.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۲.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۰.۰	OK	
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۷	OK	۱۴۰۱.۱.۲۴
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۷.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۲۲
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۶.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۲۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۶۵.۰	OK	۱۴۰۱.۱.۱۷

CV : 4.578